

## 心肺复苏量化培训报告

评估时间: 2018年7月27日 18:45:00

评估导师: 导师1

轮数: 第1轮

## 学员信息

姓名: 2

性别:


编号: 2

单位:

科室:

职务:

## 波形图



## 按压数据统计

按压质量	
总时间:	00:01:18
CCF:	98%
平均深度:	5.0厘米
平均频率:	117次/分钟
总次数:	152次
正确次数:	82次
正确率:	53.95%
按压滞留:	0次 [0.00%]

数据统计	
按压太深(大于6厘米):	0次 [0.00%]
按压深度达标(5-6厘米):	93次 [61.18%]
按压太浅(小于5厘米):	59次 [38.82%]
按压太快(超过120次/分钟):	21次 [13.82%]
按压频率达标(100-120次/分钟):	131次 [86.18%]
按压太慢(低于100次/分钟):	0次 [0.00%]
按压时间:	00:01:17
按压中断时间:	00:00:01

导师签名: