

## 心肺复苏量化培训报告

评估时间: 2018年7月27日 18:45:00

评估导师: 导师1

轮数: 第1轮

## 学员信息

姓名: 8

性别:


编号: 8

单位:

科室:

职务:

## 波形图



## 按压数据统计

## 按压质量

总时间: 00:01:17  
CCF: 93%  
平均深度: 4.8厘米  
平均频率: 120次/分钟  
总次数: 146次  
正确次数: 20次  
正确率: 13.70%  
按压滞留: 0次 [0.00%]

## 数据统计

按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]  
按压深度达标(5-6厘米): 56次 [38.36%]  
按压太浅(小于5厘米): 90次 [61.64%]  
按压太快(超过120次/分钟): 62次 [42.47%]  
按压频率达标(100-120次/分钟): 83次 [56.85%]  
按压太慢(低于100次/分钟): 1次 [0.68%]  
按压时间: 00:01:12  
按压中断时间: 00:00:05

导师签名: