

心肺复苏量化培训报告

评估时间： 2018年7月27日 18:45:00

评估导师： 导师1

轮数： 第1轮

学员信息

姓名： 9

性别：


编号： 9

单位：

科室：

职务：

波形图



按压数据统计

按压质量	数据统计
总时间： 00:01:18	按压太深(大于6厘米)： 29次 [19.86%]
CCF： 96%	按压深度达标(5-6厘米)： 117次 [80.14%]
平均深度： 5.6厘米	按压太浅(小于5厘米)： 0次 [0.00%]
平均频率： 114次/分钟	按压太快(超过120次/分钟)： 1次 [0.68%]
总次数： 146次	按压频率达标(100-120次/分钟)： 145次 [99.32%]
正确次数： 117次	按压太慢(低于100次/分钟)： 0次 [0.00%]
正确率： 80.14%	按压时间： 00:01:15
按压滞留： 0次 [0.00%]	按压中断时间： 00:00:03

导师签名：