

心肺复苏量化培训报告

评估时间: 2018年7月27日 18:45:00

评估导师: 导师1

轮数: 第1轮

学员信息

姓名: 12

性别:


编号: 12

单位:

科室:

职务:

波形图



按压数据统计

按压质量

总时间: 00:01:19
CCF: 96%
平均深度: 5.7厘米
平均频率: 113次/分钟
总次数: 146次
正确次数: 123次
正确率: 84.25%
按压滞留: 0次 [0.00%]

数据统计

按压太深(大于6厘米): 23次 [15.75%]
按压深度达标(5-6厘米): 123次 [84.25%]
按压太浅(小于5厘米): 0次 [0.00%]
按压太快(超过120次/分钟): 0次 [0.00%]
按压频率达标(100-120次/分钟): 146次 [100.00%]
按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]
按压时间: 00:01:16
按压中断时间: 00:00:03

导师签名: