

## 心肺复苏量化培训报告

评估时间: 2018年7月27日 18:45:00

评估导师: 导师1

轮数: 第1轮

## 学员信息

姓名: 17

性别:


编号: 17

单位:

科室:

职务:

## 波形图



## 按压数据统计

## 按压质量

总时间: 00:01:24  
CCF: 98%  
平均深度: 5.9厘米  
平均频率: 95次/分钟  
总次数: 132次  
正确次数: 5次  
正确率: 3.79%  
按压滞留: 0次 [0.00%]

## 数据统计

按压太深(大于6厘米): 53次 [40.15%]  
按压深度达标(5-6厘米): 79次 [59.85%]  
按压太浅(小于5厘米): 0次 [0.00%]  
按压太快(超过120次/分钟): 0次 [0.00%]  
按压频率达标(100-120次/分钟): 6次 [4.55%]  
按压太慢(低于100次/分钟): 126次 [95.45%]  
按压时间: 00:01:22  
按压中断时间: 00:00:02

导师签名: