

## 心肺复苏量化培训报告

评估时间: 2018年7月27日 18:45:00

评估导师: 导师1

轮数: 第1轮

## 学员信息

姓名: 21

性别:


编号: 21

单位:

科室:

职务:

## 波形图



## 按压数据统计

## 按压质量

总时间: 00:01:20  
CCF: 96%  
平均深度: 5.4厘米  
平均频率: 112次/分钟  
总次数: 147次  
正确次数: 139次  
正确率: 94.56%  
按压滞留: 0次 [0.00%]

## 数据统计

按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]  
按压深度达标(5-6厘米): 147次 [100.00%]  
按压太浅(小于5厘米): 0次 [0.00%]  
按压太快(超过120次/分钟): 8次 [5.44%]  
按压频率达标(100-120次/分钟): 139次 [94.56%]  
按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]  
按压时间: 00:01:17  
按压中断时间: 00:00:03

导师签名: