

心肺复苏量化培训报告

评估时间： 2018年7月27日 18:45:00

评估导师： 导师1

轮数： 第1轮

学员信息

姓名： 23

性别：


编号： 23

单位：

科室：

职务：

波形图



按压数据统计

按压质量	数据统计
总时间: 00:01:18	按压太深(大于6厘米): 19次 [13.01%]
CCF: 95%	按压深度达标(5-6厘米): 127次 [86.99%]
平均深度: 5.9厘米	按压太浅(小于5厘米): 0次 [0.00%]
平均频率: 115次/分钟	按压太快(超过120次/分钟): 8次 [5.48%]
总次数: 146次	按压频率达标(100-120次/分钟): 138次 [94.52%]
正确次数: 120次	按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]
正确率: 82.19%	按压时间: 00:01:14
按压滞留: 0次 [0.00%]	按压中断时间: 00:00:04

导师签名：