

心肺复苏量化培训报告

评估时间： 2018年7月27日 18:45:00

评估导师： 导师1

轮数： 第1轮

学员信息

姓名： 28

性别：


编号： 28

单位：

科室：

职务：

波形图



按压数据统计

按压质量

总时间: 00:01:24
CCF: 93%
平均深度: 5.0厘米
平均频率: 110次/分钟
总次数: 146次
正确次数: 96次
正确率: 65.75%
按压滞留: 0次 [0.00%]

数据统计

按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]
按压深度达标(5-6厘米): 100次 [68.49%]
按压太浅(小于5厘米): 46次 [31.51%]
按压太快(超过120次/分钟): 6次 [4.11%]
按压频率达标(100-120次/分钟): 139次 [95.21%]
按压太慢(低于100次/分钟): 1次 [0.68%]
按压时间: 00:01:18
按压中断时间: 00:00:06

导师签名：