

心肺复苏量化培训报告

评估时间： 2018年7月27日 18:45:00

评估导师： 导师1

轮数： 第1轮

学员信息

姓名： 37

性别：


编号： 37

单位：

科室：

职务：

波形图



按压数据统计

按压质量

总时间： 00:01:27
CCF： 96%
平均深度： 4.6厘米
平均频率： 105次/分钟
总次数： 146次
正确次数： 12次
正确率： 8.22%
按压滞留： 0次 [0.00%]

数据统计

按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]
按压深度达标(5-6厘米): 21次 [14.38%]
按压太浅(小于5厘米): 125次 [85.62%]
按压太快(超过120次/分钟): 10次 [6.85%]
按压频率达标(100-120次/分钟): 110次 [75.34%]
按压太慢(低于100次/分钟): 26次 [17.81%]
按压时间： 00:01:23
按压中断时间： 00:00:04

导师签名：