

## 心肺复苏量化培训报告

评估时间： 2018年7月27日 18:45:00

评估导师： 导师1

轮数： 第1轮

## 学员信息

姓名： 38

性别：


编号： 38

单位：

科室：

职务：

## 波形图



## 按压数据统计

## 按压质量

总时间: 00:01:27  
CCF: 80%  
平均深度: 5.1厘米  
平均频率: 127次/分钟  
总次数: 148次  
正确次数: 0次  
正确率: 0.00%  
按压滞留: 0次 [0.00%]

## 数据统计

按压太深(大于6厘米): 1次 [0.68%]  
按压深度达标(5-6厘米): 111次 [75.00%]  
按压太浅(小于5厘米): 36次 [24.32%]  
按压太快(超过120次/分钟): 148次 [100.00%]  
按压频率达标(100-120次/分钟): 0次 [0.00%]  
按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]  
按压时间: 00:01:09  
按压中断时间: 00:00:18

导师签名: