

心肺复苏量化培训报告

评估时间： 2018年7月27日 18:45:00

评估导师： 导师1

轮数： 第1轮

学员信息

姓名： 39

性别：


编号： 39

单位：

科室：

职务：

波形图



按压数据统计

按压质量

总时间: 00:01:42
CCF: 97%
平均深度: 4.9厘米
平均频率: 89次/分钟
总次数: 150次
正确次数: 0次
正确率: 0.00%
按压滞留: 0次 [0.00%]

数据统计

按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]
按压深度达标(5-6厘米): 64次 [42.67%]
按压太浅(小于5厘米): 86次 [57.33%]
按压太快(超过120次/分钟): 2次 [1.33%]
按压频率达标(100-120次/分钟): 1次 [0.67%]
按压太慢(低于100次/分钟): 147次 [98.00%]
按压时间: 00:01:39
按压中断时间: 00:00:03

导师签名: