

心肺复苏量化培训报告

评估时间: 2018年7月27日 18:45:00

评估导师: 导师1

轮数: 第1轮

学员信息

姓名: 40

性别:


编号: 40

单位:

科室:

职务:

波形图



按压数据统计

按压质量

总时间: 00:01:42
CCF: 77%
平均深度: 4.7厘米
平均频率: 109次/分钟
总次数: 145次
正确次数: 18次
正确率: 12.41%
按压滞留: 0次 [0.00%]

数据统计

按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]
按压深度达标(5-6厘米): 18次 [12.41%]
按压太浅(小于5厘米): 127次 [87.59%]
按压太快(超过120次/分钟): 0次 [0.00%]
按压频率达标(100-120次/分钟): 145次 [100.00%]
按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]
按压时间: 00:01:19
按压中断时间: 00:00:23

导师签名: